

令和 2 年度精度管理調査結果（輸血検査部門）

輸血検査部門精度管理調査の想定結果は以下の通りです。

試料 31 血液型 O 型 D 陽性 不規則抗体：陽性（抗 Fyb）

試料 32 血液型 AB 型 D 陰性 不規則抗体：陰性

試料 33 直接クームス：陽性

試料 34 直接クームス：陰性