

令和 3 年度精度管理調査結果（輸血検査部門）

輸血検査部門精度管理調査の想定結果は以下の通りです。

試料 31 血液型 AB 型 D 陰性 不規則抗体： 陰性

試料 32 血液型 A 型 D 陽性 不規則抗体： 陽性（抗 E, 抗 c）

試料 33 直接クームス：陽性

（多特異血清：陽性, 単特異血清：陽性, 抗補体血清：陰性）

試料 34 直接クームス：陽性

（多特異血清：陽性, 単特異血清：陰性, 抗補体血清：陽性）